

CONICET



I N Q U I S U R

INSTITUTO DE QUIMICA DEL SUR

Universidad Nacional del Sur

Departamento de Química

Alem 1253 8000 – Bahía Blanca Argentina

TE + 54-0291-4595101 ext. 3506 FAX +54-0291-4595160

inquisur@inquisur-conicet.gob.ar

www.inquisur-conicet.gob.ar

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INQUISUR

Participantes: Dras. Paula Murray, Marisa Frechero, Mariana Álvarez y Verónica Lasalle. Dres. Gustavo Appignanesi, Gabriel Radivoy y Santiago Stabile. Lic. Carlos Romano.

Se ausentaron con aviso los Dres. Darío Gerbino y Marcelo Avena.

La reunión se realizó en forma presencial el 26 de diciembre de 2023, de 10 a 10:45 h.

Temas tratados:

- ❖ Personal administrativo. Se comentó respecto a la incorporación de Pilar Gallego a la Secretaría de INQUISUR. Entre sus tareas se destaca la administración de proyectos de investigación de tipo PIP o PIBAA.
- ❖ CPAs. En referencia al nuevo cargo de CPA *“Técnico para tareas de mantenimiento y control de sistemas de gases y planta de nitrógeno líquido”*, se discutió respecto a la realización del concurso teniendo en cuenta la situación presupuestaria de CONICET, y las posibles restricciones a la hora de realizar nuevas incorporaciones al Instituto. Sin embargo, se decidió que el concurso debe realizarse para evidenciar la disposición del Instituto a cubrir esta vacante, considerando también que ya se están analizando los antecedentes de los inscriptos.
- ❖ Fondos disponibles. Se discutió la necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas al presupuesto de funcionamiento del Instituto para realizar el pago de las cargas de He(I) del equipo de RMN, dado que se prevé que excederán los fondos de funcionamiento asignados a INQUISUR.
- ❖ Nota de la Comisión de Seguridad e Higiene. Se analizó la nota presentada por el coordinador de la comisión, Dr. Darío Gerbino, donde se informa acerca de problemas eléctricos que tienen lugar en el segundo piso del cuerpo C de la UNS. Se comentaron los distintos desperfectos y daños ocasionados a equipos. En la nota presentada se recomienda informar al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para que trabaje en conjunto con el Servicio de Mantenimiento de la UNS para dar solución a estos problemas. Se comentó que también es posible contactar al consultor de Seguridad e Higiene del CCT-Bahía Blanca.